

OENO:	31830
Protokoll (OENO megnevezés):	Lábszár, kétirányú felvétel
Indikáció:	A lábszárcsontok állapotának megítélése.
Blende határok:	Felső széle femur distalis harmad, alsó széle lábszár distalis harmada, oldalsó széle lágyrészhatárok. Bokaízülettel: felső széle lábszár proximalis harmada, alsó és oldalsó széle lágyrészhatárok.
Anatómiai képletek:	tibia, fibula, térdízület, bokaízület
Képméret:	15x40 cm, 20x40 cm
FFT:	100 cm
Centrális sugár:	merőlegesen a detektor közepére
Beállítás (beteg elhelyezése):	AP: a vizsgáló asztalon ül, nyújtott végtag hossz tengelye a detektor középvonalában. Térdízülettel ábrázolás esetén a lábszár 10 fokkal, bokaízület esetén 30 fokkal mediál felé berotált. Oldal: a vizsgálandó oldalán fekszik, térd enyhén behajlítva oldalhelyzetben, lábfej a lábszárra merőleges, hossz tengelye a detektor hossz tengelyében.
Felvételi követelmény:	AP: az egész lábszár ábrázolódjék, a térd- és a bokaízület is az első felvételeken, elfordulás nélkül. Oldal: az egész lábszár, a térd- és bokaízület is ábrázolódjon (főleg az első felvételen). A lábszár, ill. a boka- és térdízület oldalhelyzetben legyen látható, amit az igazol, hogy a tibia részben rávetül a fibula proximalis végére és teljesen rávetül a fibula distalis végén a külbokára.
Megjegyzés:	Ha nem ábrázolódik egy filmen mindkét ízület, akkor kiegészítő felvételt készítünk a hiányzóról. Az első felvételeket követően általában csak arról az ízületről szükséges felvételt készíteni, amely a lábszár kérdéses régiójához közelebb van. Oldaljelzés, gonádvédelem.